

**WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE ZGRZEWAREK STOŁOWYCH/FORMULARZ
OFERTOWY**

Nazwa handlowa oferowanego aparatu:

Nazwa producenta zgrzewarki stołowej:.....

Lp.	Opis wymaganego parametru	Oferowane parametry (należy wpisać oferowany parametr lub podać nr strony w specyfikacji technicznej producenta, w której opisano parametr)
1.	Zgrzewarki fabrycznie nowe	
2.	Czas zgrzewania do 5 sek	
3.	Zgrzewanie wszystkich rodzajów drenów przy pojemnikach używanych do pobierania krwi - automatyczne dostrajanie się mocy zgrzewania do grubości i rodzaju materiału drenu	
4.	Kształt i perforacja zgrzewów umożliwiające separację segmentów bez użycia ostrych narzędzi	
5.	Rozbieralna, łatwa w czyszczeniu głowica zgrzewająca	
6.	Automatyczne inicjowanie procesu zgrzewania, po umieszczeniu drenów wewnątrz głowicy	
7.	Zgrzewanie drenów suchych i wypełnionych	
8.	Zasilanie 230 V / 50 – 60 Hz	
9.	Certyfikat CE	
10.	Gwarancja min. 24 m-ce	
11.	Bezpłatne walidacje po uruchomieniu urządzeń oraz po 12 miesiącach i po 24 miesiącach od daty instalacji, a także po każdej naprawie w czasie trwania gwarancji	

DODATKOWO PUNKTOWANE PRARAMETRY TECHNICZNE

Lp.	Opis parametru	Oferowane parametry (należy wpisać oferowany parametr lub podać nr strony w specyfikacji technicznej producenta, w której opisano parametr)
1.	Osłona na głowicę (daszek) zabezpieczająca operatora przed kontaktem z materiałem z uszkodzonego podczas zgrzewania drenu	
2.	System kontroli jakości informujący użytkownika wizualnie o nieprawidłowym umieszczeniu drenu w zgrzewarce	
3.	System kontroli jakości informujący użytkownika dźwiękowo o nieprawidłowym umieszczeniu drenu w zgrzewarce	
4.	System kontroli jakości informujący użytkownika wizualnie o nieszczelności zgrzewu	
5.	System kontroli jakości informujący użytkownika dźwiękowo o nieszczelności zgrzewu	

.....
podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania firmy