

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
/FORMULARZ OFERTY

Natrium chloratum 0,9% – w ilości 1000 szt.

Lp.	Charakterystyka produktu (minimalne wymagania zamawiającego)	Parametry oferowane
1	Roztwór do infuzji, izotoniczny, Ph 5,5 pojemnik typu worek o pojemności 500 ml	
2	Pojemnik z portem do podłączenia plastikowego przebijaka zestawu do pobierania płytek krwi na posiadanych separatorach komórkowych AMICUS i MCS+	
3	Centralnie na dolnej krawędzi pojemników z 0,9% NaCl powinno znajdować się podłużne nacięcie materiału pojemnika o długości ok. 2 cm, umożliwiające zawieszenie pojemników na haczykach statywów	
4	Pojemniki muszą być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowania zbiorcze. Opakowanie zbiorcze może zawierać pojemniki tylko jednej serii.	
5	Wyrób oznakowany znakiem CE zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zawartymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 z 2010 r. poz.679 ze zmianami)	
6	Termin ważności - co najmniej 9 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.	

.....
podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy